

Tillæg til kontrolmanual

Naturgasdistributionselskabernes kontrolmanual
for stikprøvekontrol af små gasmålere \leq G6

4. udgave

Maj 2009

Tillæg til kontrolmanual

Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere \leq G6

Titel : Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere ≤ G6

Rapport kategori : Kontrolmanual

Dato for udgivelse : December 2008

Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s

Sagsnummer : H: \730\91 \ Tillæg til kontrolmanual for små gasmåler 4 udg .doc

Sagsnavn : Revision af kontrolmanual for små gasmålere

Oprindelse : Manualen er oprindelig forfattet af Henrik Spliid og Poul Thyregod fra IMM ved DTU

Forord til tillæg













Dette tillæg til kontrolmanual danner grundlag for den stikprøvekontrol af små gasmålere $\leq G6$, som udføres af naturgasdistributionselskaberne i Danmark og er en ændring/præcisering af det nominelle indkøbsår i afsnit 3.3.1 om "alder af kontrolparti".

Dette tillæg til 4. udgave af manualen er udarbejdet af Naturgasdistributionselskabernes Fagudvalg for gasmålere (FAU GM) i DGC projekt nr. 730.91, med deltagelse af:

- Niels Kristian Mortensen: Naturgas Fyn Distribution,
- Birgitte Herskind: Naturgas Midt-Nord I/S og Hovedstadsregionens Naturgas I-S,
- John Bo Siemonsen: Naturgas Midt-Nord I/S og Hovedstadsregionens Naturgas I-S,
- Finn Iversen: DONG Energy,
- Erik Haulund Christensen: DONG Energy
- Claes Hammar: Svenskt Gastekniskt Forening på vejene af SGC

Derudover deltog konsulenterne Leo van Gruijthuijsen og Michael Larsen fra Dansk Gasteknisk Center a/s.

Manualen vedligeholdes af Dansk Gasteknisk Center a/s.

Selskab	 DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf: 7923 3333	 HNG Gladsaxe Ringvej 11 2860 Søborg Tlf: 3954 7000	 Naturgas Fyn Distribution Naturgas Fyn Distribution Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Tlf: 6315 6415	 Naturgas Midt-Nord Vognmagervej 14 8800 Viborg Tlf: 8727 8727	 Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center AB SE-Scheelegatan 3 212 28 Malmö Tlf: +46 40-680 07 60
Dato	23/10. 2009	14.09. 2009	02.11. 2009	14.09. 2009	03.11. 2009
Udarbejdet af					
Dato	28/10-2009		02.11. 2009		03.11. 2009
Kontrol af					
Dato					
Godkendt af					

0 Nuværende tekst i kontrolmanual

3.3.1 Alder af kontrolparti

For partier af målere der er indkøbt over flere år, vælges det andet år som det nominelle indkøbsår.

1 NY tekst i kontrolmanual (præcisering)

3.3.1 Alder af kontrolparti

For partier af målere der er indkøbt over flere år, vælges det ældste år som det nominelle indkøbsår.